



**Regione del Veneto**  
**Istituto Oncologico Veneto**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

## **Procedura Sintel ID 179771581**

**OGGETTO: IOV\_D54\_2023 Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs n. 36/2023 per la fornitura di sacche da urina per diverse UU.OO. suddivisa in 9 lotti, a fronte di un arco temporale di 24 mesi.**

**Lotto 1 CIG: B074CC491C**

**Lotto 2 CIG: B074CC59EF**

**Lotto 3 CIG: B074CC6AC2**

**Lotto 4 CIG: B074CC7B95**

**Lotto 5 CIG: B074CC8C68**

**Lotto 6 CIG: B074CC9D3B**

**Lotto 7 CIG: B074CCAE0E**

**Lotto 8 CIG: B074CCBEE1**

**Lotto 9 CIG: B074CCCFB4**

### **CHIARIMENTO N. 4**

#### **Quesito: 1)**

“Spettabile Ente, Siamo con la presente a richiedere il seguente chiarimento relativo alla procedura in oggetto: "in riferimento al lotto 8 - Sistema sterile per la misurazione della diuresi oraria con sacca non disconnettibile, si chiede se la richiesta riportata nelle caratteristiche tecniche dell'urinometro di "capacità massima almeno 500 ml" sia requisito indispensabile o si possa proporre un'alternativa con urinometro con capacità massima leggermente inferiore mantenendo comunque la capacità minima totale della sacca di raccolta come da richiesta". Restiamo in attesa di un pronto riscontro. Distinti Saluti”.

**Risposta:**

Si conferma che la capacità dell'urinometro deve essere almeno di 500 ml.

Dott.ssa Maria Zanandrea  
(Documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate)