

**S.C. Servizi Tecnici e  
Acquisizione Beni e Servizi**

Padova, 24 maggio 2017

**ID GARA 85426385 - PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL  
PER LA FORNITURA DI UN TC SIMULATORE PER L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO.**

**RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

	<b>QUESITO</b>	<b>RISPOSTA</b>
<b>1</b>	<p><b>Si chiede di confermare che non sia obbligatoria l'indicazione della c.d. "terna" relativamente alle operazioni di installazione e manutenzione delle seguenti componenti accessorie indicate nel capitolato tecnico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rif. 2.1.10 - Sistema di laser mobili auto calibranti</li> <li>- Rif. 2.2.1 - Gating Respiratorio</li> <li>- Rif. 2.2.2 -Strumentazione e fantocci, in quanto configurabili come prestazioni "di particolare specializzazione" ai sensi dell'art 105, co. 6 i cui fornitori costituiscono per la scrivente, gli unici subappaltatori già predeterminati.</li> </ul>	<p>Atteso quanto previsto dall'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, si conferma che le prestazioni in oggetto sono di particolare specializzazione, pertanto non sussiste l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta</p> <p>Si richiamano, in ogni caso, le previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo in ordine alla indicazione dei servizi e forniture o parti dei servizi e forniture che si intendono subappaltare.</p>
<b>2</b>	<p><b>Con riferimento al capitolato tecnico, punto 1 - Descrizione generale dell'apparecchiatura - sistema di archiviazione legale, si chiede di confermare che per rispondere a questo requisito sia sufficiente la capacità di archiviazione intrinseca del sistema CT per radioterapia, in grado di archiviare le immagini in modo sicuro e protetto secondo quanto previsto dalla normativa per la Privacy, e che quindi non sia necessaria la fornitura di un sistema esterno di archiviazione legale e conservazione sostitutiva.</b></p>	<p>Si conferma che il sistema di archiviazione immagini della CT è sufficiente.</p>

Pec: [acquisti.iov@pecveneto.it](mailto:acquisti.iov@pecveneto.it) - E-mail: [ufficiotecnico@ioveneto.it](mailto:ufficiotecnico@ioveneto.it) - [ufficioacquisti@ioveneto.it](mailto:ufficioacquisti@ioveneto.it)

<b>3</b>	<b>Con riferimento al capitolato tecnico, punto 2.2.1 ? Gating respiratorio, si chiede di precisare se sia richiesto solamente il software di gestione per l'acquisizione del movimento respiratorio oppure se sia necessaria anche la fornitura dell'hardware per la rilevazione del movimento respiratorio.</b>	E' richiesta la fornitura di tutto ciò che è necessario ad effettuare acquisizioni con gating respiratorio.
----------	---	---

Il Responsabile del Procedimento  
*dr. Alessandro Turri*