



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Procedura Sintel ID 179771581

OGGETTO: IOV_D54_2023 Procedura negoziata telematica, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs n. 36/2023 per la fornitura di sacche da urina per diverse UU.OO. suddivisa in 9 lotti, a fronte di un arco temporale di 24 mesi.

Lotto 1 CIG: B074CC491C

Lotto 2 CIG: B074CC59EF

Lotto 3 CIG: B074CC6AC2

Lotto 4 CIG: B074CC7B95

Lotto 5 CIG: B074CC8C68

Lotto 6 CIG: B074CC9D3B

Lotto 7 CIG: B074CCAE0E

Lotto 8 CIG: B074CCBEE1

Lotto 9 CIG: B074CCCFB4

CHIARIMENTO N. 5

Quesito: 1)

“Con la presente siamo a domandare quanto segue:

LOTTO 1: la sacca in questione non deve avere valvola anti reflusso né rubinetto di scarico. É corretto?”

Risposta:

La sacca del lotto n. 1 deve essere una sacca per raccolta urina senza valvola di scarico e senza valvola anti reflusso.

Quesito: 2)

“Con la presente siamo a domandare quanto segue:

LOTTI 2 e 3: Di che tipologia di scarico devono essere munite le sacche (push-pull o a T)?”

Risposta:

La tipologia di scarico deve essere conforme alle disposizioni previste per i dispositivi medici, il meccanismo di funzione (push-pull o a T) è indifferente.

Quesito: 3)

“Con la presente siamo a domandare quanto segue:

LOTTO 6: sarebbe possibile avere ulteriori dettagli tecnici su questa sacca? In particolare, ci interesserebbe capire se la stessa debba essere o meno sterile, se è presente un rubinetto di scarico (se sì, precisare se push-pull o a T) e qual è la lunghezza del tubo di collegamento? Con l'occasione, vorremmo inoltre aver conferma che la base d'asta indicata si riferisca alle quantità biennali”.

Risposta:

La sacca del lotto n. 6 deve essere sterile, il tubo di collegamento deve essere lungo almeno 90 cm. La tipologia di scarico deve essere conforme alle disposizioni previste per i dispositivi medici, il meccanismo di funzione (push-pull o a T) è indifferente.

Si conferma che la base d'asta indicata si riferisce alle quantità biennali.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Maria Zanandrea

(Documento sottoscritto digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate)