



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Direttore: Dott.ssa Maria Zanandrea
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Zanandrea
Referente della pratica: dott.ssa Marianna Stelmi tel. 049 821.7414
E-mail: ufficioacquisti@iov.veneto.it pec: protocollo.iov@pecveneto.it

Relazione-Verbale

Oggetto: IOV_D1_202 Richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs n. 36/2023, per la fornitura di protesi peniena per UOC Urologia Oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto.

- In data 25/02/2025 veniva espletata la procedura di richiesta di preventivo, su piattaforma telematica (ID Sintel: 197480990) in cui venivano invitate le ditte:

- Medival Srl
- Coloplast S.p.a.
- Promed Srl

- successivamente, entro la data di presentazione del preventivo del 05/02/2025, solo le ditte Coloplast S.p.a. Medival Srl inviavano la loro offerta, di seguito sintetizzate:

Offerta di Medival Srl:

Descrizione Prodotto/Nome commerciale Offerto	Codice Ref.	CND	RDM	UDI-DI	Fabbisogn o	Prezzo Unitario Offerto (Iva Esclusa)	Prezzo Complessivo Offerto (Iva Esclusa)
Rigi10H® Protesi Peniena Malleabile Idrofilica Impianto chirurgico completo di protesi peniena malleabile idrofilica composto da: 1) Protesi: misure a scelta tra quelle elencate. 2) Retrattore chirurgico monouso. 3) Dilatatori.	Misure a scelta: <u>Cod. Fornitore</u> RIRG1009H (D. 09mm Lungh. 23 cm) RIRG1010H (D. 10mm Lungh. 23 cm) RIRG1011H (D. 11mm Lungh. 25 cm) RIRG1012H (D. 12mm Lungh. 25 cm) RIRG1013H (D. 13mm Lungh. 25 cm) RIRG1014H (D. 14mm Lungh. 25 cm) <u>Ref. Fabbricante</u> RG1009H (D. 09mm Lungh. 23 cm) RG1010H (D. 10mm Lungh.	P08020 2	190055 219005 641900 565190 056619 005671 900568	N/A trattasi di legacy devices come da MDCG 2021-25	10 pezzi annui (20 pezzi per 24 mesi	€ 1.100,00	€ 22.000,00



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

	23 cm) RG1011H (D. 11mm Lungh. 25 cm) RG1012H (D. 12mm Lungh. 25 cm) RG1013H (D. 13mm Lungh. 25 cm) RG1014H (D. 14mm Lungh. 25 cm)						
							Totale: 22.000,00

Offerta di COLOPLAST S.p.A.

Descrizione Prodotto/Nome commerciale Offerto	Cod. Ref.	CND	RDM	UDI-DI	Fabbisogno	Prezzo Unitario Offerto (Iva Esclusa)	Prezzo Complessivo Offerto (Iva Esclusa)
GENESIS® Protesi peniena malleabile Il kit contiene: - 1 coppia di cilindri diametro cilindri (mm): 9,5 mm/11 mm/13mm lunghezza cilindri (cm): Min. 14 Max. 23 Min. 16 Max 25 Min 18 Max 27 - 3 coppie di extender: standard, +0,5 cm, 1 cm	519250 519260 519270	P080202	2522602/R	570893255 573908T9	10 pezzi annui (20 pezzi per 24 mesi)	€ 1.800,00	€ 36.000,00
							Totale € 36.000,00

- si procede alla valutazione delle offerte economiche e tecniche presentate:

- la ditta Medival Srl ha presentato l'offerta economica per il prezzo unitario di € 1.100,00, prezzo complessivo offerto di € 22.000,00 (10 pezzi annui-20 pezzi per 24 mesi), prodotto offerto:

Rigi10H®

Protesi Peniena Malleabile Idrofilica

Impianto chirurgico completo di protesi peniena malleabile idrofilica composto da:

1) Protesi: misure a scelta tra quelle elencate.

2) Retrattore chirurgico monouso.

3) Dilatatori con le caratteristiche tecniche:

con le seguenti caratteristiche tecniche:



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

La protesi peniena malleabile Medival *Rigi10H®* è un impianto chirurgico sterile, non pirogeno, monouso. Il dispositivo è composto da due cilindri ed estensori di colore bianco. I cilindri sono impiantati chirurgicamente, uno in ciascun corpo cavernoso, per fornire rigidità al pene. Per il posizionamento dei cilindri non viene rimosso alcun tessuto; i cilindri occupano semplicemente gli spazi che in precedenza si riempivano di sangue quando il soggetto era potente. I cilindri non disturbano il flusso di urina o del liquido

seminale. Non alterano la sensibilità del pene. Inoltre, non influenzano la tumescenza del glande del pene, grazie alla forma distale anatomica ed arrotondata delle punte.

- la ditta Coloplast S.p.a. ha presentato l'offerta economica per il prezzo unitario di € 1.800,00, prezzo complessivo offerto di € 36.000,00 (10 pezzi annui-20 pezzi per 24 mesi), prodotto offerto:

Protesi peniena malleabile GENESIS®

Il kit contiene:

- 1 coppia di cilindri

diametro cilindri (mm):

9,5 mm/11 mm/13mm

lunghezza cilindri (cm):

Min. 14 Max. 23

Min. 16 Max 25

Min 18 Max 27

- 3 coppie di extender: standard, +0,5 cm, 1 cm

con le seguenti caratteristiche tecniche:

La protesi peniena malleabile Coloplast *GENESIS®* (composta da due cilindri usati in coppia) è un dispositivo in elastomero di silicone flessibile progettato per l'impianto nei corpi cavernosi del pene per fornire rigidità e malleabilità al pene per la gestione della disfunzione erettile.

Ogni cilindro della protesi semi-rigida è formato da un corpo modellato in elastomero di silicone che incorpora una spirale in filo d'argento e un'anima in filo d'argento nella sezione centrale flessibile e una sezione prossimale che può essere tagliata.

L'estremità distale è modellata anatomicamente per poggiare sotto il glande.

La spirale e l'anima in filo d'argento nella sezione centrale flessibile consentono alla protesi di spostarsi in posizione eretta durante il coito e di ritornare in posizione abbassata in modo da non essere visibile sotto l'abbigliamento.

- visto *supra* quanto descritto, entrambi i prodotti offerti dalle due ditte, presentano un *rivestimento della protesi, idoneo all'assorbimento di liquidi, tra i quali antibiotici*; invero, il prodotto che corrisponde per caratteristiche tecniche è quello della ditta Coloplast Srl, che nonostante il prezzo unitario offerto sia maggiore, rispetto al prodotto offerto dalla ditta Medival Srl, il dispositivo della ditta Coloplast Srl, presenta un'anima interna che offre stabilità e consistenza alla protesi stessa, più di due coppie di protezione terminali e una minor visibilità sotto l'abbigliamento.

Il prodotto offerto dalla ditta Medival Srl, invece, ha solo due coppie di protezioni terminali, questo può rendere difficile il processo di impianto quando c'è un errore nel prendere l'intera lunghezza dei corpi



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

cavernosi. La protesi *Rigi10H®* ha un corpo più rigido, rendendo il dispositivo meno occultabile sotto l'abbigliamento.

Alla luce di quanto esposto, trattandosi di una protesi che può aiutare il paziente nel difficile percorso di riabilitazione a seguito della diagnosi di cancro e che la stessa viene impiantata su soggetti giovani ancora attivi socialmente, per quanto detto, la protesi della ditta Coloplast Srl risponde ai criteri indicati giustificando la differenza economica.

Luogo CASTELFRANCO VENETO data 23/3/25

Firma e Timbro

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
PRESIDIO OSPEDALIERO CPV
U.O. UROLOGIA
VE906313CH - Dr. AMODEO ANTONIO