



Padova, 05/06/2026

Procedura SINTEL ID 219471982

Procedura aperta per la fornitura in service di n. 1 sistema per la separazione immunomagnetica di sottopopolazioni cellulari da sangue periferico e midollare, relativi reagenti e materiali di consumo per la U.O.C. di Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica del P.O. di Padova.

CHIARIMENTI N. 1

DOMANDA 1.

Tra i requisiti preferenziali viene riportata la possibilità di lavorare a temperatura controllata. La nostra metodica prevede un protocollo a temperatura ambiente che garantisce una maggiore efficienza dei reagenti (anticorpi) ed un minore stress per le cellule. Pertanto, il nostro strumento non prevede il controllo della temperatura. I criteri di valutazione, nel punto 1.2, assegnano 12 punti in caso di possibilità di lavorare a temperatura controllata, il nostro strumento non ha questa opzione in quanto inutile (come spiegato precedentemente); chiediamo pertanto che questo punteggio non venga attribuito ad eventuali strumenti presenti sul mercato che prevedano tale possibilità.

Risposta 1: Il capitolato non preclude la presentazione di offerte di attrezzature che prevedono protocolli a temperatura ambiente. Si conferma, invece, l'attribuzione del punteggio per le apparecchiature in grado di operare a temperatura controllata, in considerazione della tipologia delle procedure eseguite da questo Ente, che è anche un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il Direttore UOC Economato, Provveditorato, Gestione della Logistica
Dott.ssa Maria Zanandrea