



## **Comm. IOV1176-13**

# **Manutenzione full-risk delle lampade scialitiche presenti presso gli ambulatori dell'Istituto Oncologico Veneto**

## **RELAZIONE TECNICA**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**Ing. Michele Ferrin**

Data: 17 marzo 2017

Rif. comm. IOV1176-13

## 1 PREMESSA

Alcuni ambulatori presso le sedi dell'Istituto Oncologico Veneto sono dotati di lampade scialitiche ad utilizzo diagnostico ed interventistico. Detti apparecchi richiedono periodica manutenzione preventiva, interventi di manutenzione correttiva in caso di guasto e fornitura di ricambi soggetti ad usura.

## 2 OGGETTO

Oggetto della presente relazione è il servizio di manutenzione preventiva e correttiva per le lampade scialitiche in dotazione dell'Istituto Oncologico Veneto ubicate presso alcuni ambulatori.

La dotazione attuale interessata dal servizio in oggetto risulta essere di sette lampade, installate presso gli ambulatori dell'Ospedale Busonera, sede dell'Istituto Oncologico Veneto. Si riporta di seguito l'elenco degli apparecchi e le relative caratteristiche:

Reparto	Oggetto	Marca	Modello	Matricola	Inventario
Radioterapia amb.	Lampada scialitica	Berchtold GMBH	Chromophare C 452 SO	5130050-I10669	IOV0006939
Radioterapia - Cemurni	Lampada scialitica	Hanaulux	2005 i komfort	OP45E98068741	
Melanoma e sarcoma	Lampada scialitica	Berchtold GMBH	Chromophare C 452 W	5136050-I10677	IOV0001961
Busonera - Piano 0	Lampada scialitica	Berchtold GMBH	Chromophare D 300	5736050035733	IOV0001829
Busonera - Piano 0	Lampada scialitica	Berchtold GMBH	Chromophare D 300	57361509-Q39011	IOV0001925
Busonera - Piano 0	Lampada scialitica	Berchtold GMBH	Chromophare D 300	57361509-Q39010	IOV0001774
Busonera - Piano 0	Lampada scialitica	S.I.M.E.O.N. Medical	G.MON&CO	100000013917	IOV0002114

### 2.1 Servizio richiesto

Il servizio richiesto prevede:

- Visite periodiche di manutenzione preventiva e verifica a norma di legge;
- Interventi di manutenzione correttiva su chiamata, numero illimitato di interventi;
- Fornitura di consumabili e ricambi di parti soggette ad usura (lampadine, interruttori, ecc...)

Sono da considerarsi esclusi gli interventi dovuti all'uso scorretto delle apparecchiature.

### 2.2 Durata

La durata contrattuale è stabilita in due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Si prevede l'opzione di rinnovo per un ulteriore biennio agli stessi patti e condizioni, demandata a provvedimento successivo prima del termine di scadenza del contratto.

### 2.3 Importo massimo presunto

L'importo massimo del contratto è presunto in € 5.000,00 annui, per un totale di € 10.000,00 contrattuali e € 10.000,00 opzionali in caso di rinnovo.