

## Regione del Veneto

# **Istituto Oncologico Veneto**



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico C.F. – P.I. 04074560287

#### DETERMINAZIONE N. 35 DEL 12/02/2025

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN UPS PARZIALE TRIFASE 14,4 KVA INCLUSO DI SPECIFICO KIT INTERFACCIA, DA INSTALLARE SU PET/CT DI GE SITUATA NELLA U.O.S. DI MEDICINA NUCLEARE DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO. CIG: B58DE1EF3B

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si dispone l'affidamento per la fornitura di un UPS parziale trifase 14,4 KVA incluso di specifico kit interfaccia, da installare su PET/CT di GE situata nella U.O.S. di Medicina Nucleare dell'Istituto Oncologico Veneto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta GE Medical Systems Italia S.p.A., Via Galeno, n. 36, 20126 - Milano (MI), P.iva: 03663500969, per un importo totale di € 20.000,00 IVA esclusa.

#### PREMESSO che

- con nota prot. 19717 del 04/10/2024, la Dott.ssa Francesca Caumo, della U.O. Senologia, ha richiesto l'acquisto di un UPS parziale trifase 14,4 KVA incluso di specifico kit interfaccia, da installare su PET/CT di GE situata nella U.O.S. di Medicina Nucleare;
- con nota prot. 22600 del 08/11/2024, il Servizio di Ingegneria Clinica esprimeva parere tecnico favorevole alla richiesta e trasmetteva il capitolato tecnico, come di seguito riportato:
- "Si esprime parere favorevole all'acquisizione di un UPS parziale trifase, dotato di interfaccia con l'apparecchiatura PET/CT marca GE, modello Discovery MI con numero di inventario IOV0019124, al fine di garantire il funzionamento continuo del software e della PET anche in caso di blackout elettrico. Nella PET, infatti, viene eseguito un esame con somministrazione di radiofarmaco iniettato nel paziente. Un'interruzione dell'alimentazione elettrica comporterebbe la sospensione dell'esame, rendendo potenzialmente necessaria una nuova iniezione di radiofarmaco per poter ripetere l'indagine. Questo comporta, non solo un disagio per il paziente, ma anche un consumo aggiuntivo di radiofarmaco e risorse sanitarie":
- l'importo massimo presunto della presente fornitura, calcolato sulla base dei prezzi di mercato per il medesimo prodotto è di € 22.000,00 Iva esclusa;

#### VISTI:

- l'art. 50 comma 1 lett.b D.Lgs 36/2023, dispone che per servizi e forniture di importo inferiore a €140.000 le stazioni appaltanti procedono, mediante affidamento diretto previa valutazione del rispetto del principio di rotazione e in tal senso si evidenzia che tale fornitura è per la prima volta richiesta alla ditta GE Medical Systems
- la DGR Veneto n. 1333 del 29 agosto 2016 e ai sensi dell'art. 15, c. 13, lett. d), del D.L. n. 95/2012 (convertito con L.135/2012) che prevede l'utilizzo delle Piattaforma telematica per

gli enti sanitari della Regione Veneto;

#### **DATO ATTO che:**

- con nota prot. 983 del 17/01/2025, è stato richiesto il preventivo per la fornitura di un UPS parziale trifase 14,4 KVA incluso di specifico kit interfaccia, da installare su PET/CT fornita da GE Medical Systems Italia spa situata nella U.O.S. di Medicina Nucleare, tramite piattaforma "Sintel" (ID: 195496474), alla ditta GE Medical Systems Italia S.p.A.;
- allo scadere del termine previsto per la presentazione dell'offerta fissato il 24/01/2025, la ditta ha presentato il proprio preventivo di seguito sintetizzato:

Oggetto	Codice	Q.tà	Prezzo complessivo
UPS parziale trifase 14,4 KVA Eaton, incluso KIT INTERFACCIA GEH 5269476, per scanner CT e PET/CT di GE	E4502F	1	€ 20.000,00
Totale co	€ 20.000,00		
Totale co	€ 24.400,00		

• L'ingegneria clinica, con nota agli atti del 29/01/2025, dopo aver valutato nel dettaglio la documentazione tecnica ed economica pervenuta, comunica quanto segue:

**PRESO ATTO** dell'avvenuta verifica positiva del possesso in capo all'affidatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs 36/2023;

ACCERTATO che, in funzione di quanto sopra esposto, in armonia con la normativa vigente in materia di acquisti per forniture di beni e servizi da parte degli Enti Sanitari pubblici, alla data di adozione del presente provvedimento, la fornitura di cui trattasi non rientra tra le categorie di beni e servizi di gestione esclusiva delle centrali di committenza, tra cui Azienda Zero, di cui al DPCM 11 luglio 2018;

### **DATO ATTO** che:

- il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale alle condizioni contrattuali ivi riportate;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, è la Dott.ssa Maria Zanandrea, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

VISTO che l'importo complessivo del presente affidamento è inferiore ad € 40.000,00, e che, pertanto giusta delega n. 5000 del 08/03/2024 conferita dal Direttore Generale si procede mediante decreto dirigenziale del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

IL DIRETTORE

<sup>&</sup>quot;In accordo con il reparto utilizzatore l'offerta è conforme a quanto vogliamo acquistare, quindi possiamo procedere."

# DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

**VISTO** il D.lgs. 36/2023;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;

**VISTO** 1'art. 45 del D.lgs 36/2023;

VISTA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;

**VISTO** il Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.lgs 36/2023 e approvato con deliberazione del Direttore Generale IOV n. 605/2020;

VISTA la Delega del Direttore Generale di cui al prot. n. 5000 del 08/03/2024;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1. di affidare, al termine della procedura espletata, ai sensi ai sensi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di un UPS parziale trifase 14,4 KVA incluso di specifico kit interfaccia, da installare su PET/CT (inventario *IOV0019124*) in dotazione alla U.O.S. di Medicina Nucleare P.O. di Padova, alla ditta GE Medical Systems Italia S.p.A., Via Galeno, n. 36, 20126 Milano (MI), P.iva: 03663500969, per un importo totale di € 20.000,00 IVA esclusa;
- 2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 24.400,00 IVA 22% inclusa, al conto 20024001 "Attrezzature sanitarie e scientifiche ISA", Bilancio 2025, finanziato con fondi propri dell'istituto;
- 3. di nominare direttore esecutivo del contratto (D.E.C.) l'Ing. Agnese Casarin, dirigente della U.O.S. Ingegneria Clinica dell'Istituto Oncologico Veneto;
- 4. di dare atto che il R.U.P. di detta procedura è il direttore UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;
- 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore UOC