



REGIONE VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO



REGIONE DEL VENETO

Padova, 28/10/2016

**AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA ESPLORATIVA PROPEDEUTICA
ALL'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA RADIANTE ELICOIDALE**

L'Istituto Oncologico Veneto intende avviare un'indagine conoscitiva esplorativa finalizzata a verificare sul mercato la platea degli operatori in grado di fornire un sistema radiante elicoidale avente le seguenti caratteristiche:

- erogazione del fascio in intensità modulata (IMRT) con tecnica elicoidale, incluso il suo specifico TPS;
- 51 angoli di erogazione per ogni rotazione del gantry;
- campi di trattamenti dal diametro da 40 cm, fino a 1.6 metri in longitudinale senza giunzioni;
- erogazione continua su 360° con movimento contemporaneo del tavolo;
- produzione di immagini CT per IGRT e registrazione;
- collimatore multilamellare di tipo binario, dallo spessore di 10 cm e un design di tipo "tongue and groove" che minimizzi la radiazione di tra lamelle;
- supporto per la Radioterapia Adattativa utilizzando la combinazione della dose in uscita dal paziente con le CT quotidiane per la verifica dell'erogato rispetto il pianificato per tutta la durata del trattamento.

La presente indagine non costituisce proposta contrattuale ed è da intendersi finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati e pertanto l'esito di tale ricerca non sarà in alcun modo vincolante per l'Istituto Oncologico Veneto.

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare interesse mediante l'invio di autocertificazione ai sensi del 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che attesti la sussistenza delle caratteristiche sovradescritte.

L'autocertificazione dovrà pervenire entro le ore **12:00** del **15/11/2016** ed essere inviata all'indirizzo pec protocollo.iov@pecveneto.it indicando il seguente oggetto: **"Indagine Conoscitiva finalizzata a verificare la platea di operatori in grado di fornire un sistema radiante elicoidale"**.

In considerazione del presente avviso di indagine esplorativa di mercato, ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i., s'informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento degli stessi riguarderanno esclusivamente la procedura di cui all'oggetto nella tutela dei diritti degli operatori economici interessati e della loro riservatezza.

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali e Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Turri, Direttore S.C. Servizi Tecnici e Acquisizione Beni e Servizi.

Per informazioni amministrative, si segnala il nominativo della referente della pratica: Dott.ssa Silvia Lodi tel.049 8211190.

Il presente avviso è pubblicato sul sito aziendale www.ioveneto.it nella sezione bandi e concorsi e sulla GUCE.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandro Turri