



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

**Indagine di mercato finalizzata ad un eventuale
fornitura dei seguenti dispositivi medici:**

- **Perforatore con presa d'aria a doppio filtro idrofobico;**
- **Connettore Luer Lock maschio a circuito chiuso.**

L'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. intende procedere, previa indagine di mercato, all'acquisto dei seguenti dispositivi medici, attivando successiva procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016:

- Perforatore con presa d'aria a doppio filtro idrofobico;
- Connettore Luer Lock maschio a circuito chiuso.

La presente indagine di mercato, condotta nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, ha carattere esplorativo ed è finalizzata alla individuazione di operatori economici in grado di fornire i dispositivi in oggetto.

Gli inviti a partecipare saranno poi formalizzati con specifica lettera di invito-richiesta di offerta.

I soggetti economici che fossero interessati a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi dovranno inviare:

- la richiesta di invito firmata dal Legale Rappresentante (allegando il documento di riconoscimento);

- **la documentazione tecnica** : ad esempio schede tecniche, certificazione marchio CE , tutte le certificazioni qualitative per la produzione e quant'altro possa essere utile ai fini della valutazione del dispositivo.

Quanto sopra richiesto dovrà essere trasmesso all'indirizzo pec acquisti.iov@ipecveneto.it entro e non oltre il giorno:

29/06/2017 alle ore 12: 00

Art. 1: Oggetto della fornitura

Gli equalizzatori di pressione o Spikes sono indispensabili per il prelievo, la ricostituzione e la diluizione di soluzioni antitumorali. Permettono agli operatori sanitari di lavorare in sicurezza, soprattutto nella manipolazione di farmaci pericolosi e di migliorare la qualità delle terapie per i pazienti poiché riducono il rischio di esposizione a patologie infettive o a farmaci pericolosi.

Il Connettore Luer Lock maschio a circuito chiuso deve possedere le seguenti caratteristiche:

- garantire il circuito chiuso al momento della disconnessione e garantire la non fuoriuscita di vapori dal sistema;
- essere adatto alla somministrazione di boli;
- essere compatibile con sangue ed emoderivati, liquidi biologici, soluzioni saline e liquidi.
- essere compatibile con i farmaci in forma liofilizzata e in soluzione e con i farmaci chemioterapici, antitumorali, citotossici, taxani e i diluenti utilizzati per la loro ricostituzione;
- essere sterile;
- avere il marchio CE.

Il Perforatore a doppio filtro idrofobico deve possedere le seguenti caratteristiche:

- essere compatibile con farmaci chemioterapici, antitumorali e diluenti.
- possedere filtro idrofobico antibatterico e anti-aerosol di grandi dimensioni con porosità 0,2µm.

- possedere valvola bidirezionale auto-sigillante da raccordare con il Luer Lock maschio che garantisce il circuito chiuso al momento della disconnessione;
- essere sterile;
- avere il marchio CE

Art. 2: Valore presunto della fornitura

Il valore annuale stimato per la fornitura in parola è così suddiviso:

a) Connettore Luer Lock maschio a circuito chiuso: per un importo presunto di 13.500,00€ IVA esclusa.

b) perforatore a doppio filtro idrofobico: per un importo presunto di 38.400,00€ IVA esclusa.

Art. 3: Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti il procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Oncologico Veneto.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il referente della pratica: Sara Alemanno, tel. 049.8217415, e-mail: ufficioacquisti@ioveneto.it.

Art. 4: Disposizioni finali

La presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori da consultare anche ai fini di un'eventuale fornitura.

La presente procedura non è impegnativa per questa Amministrazione, che si riserva il diritto di non procedere al successivo affidamento della fornitura nel caso in cui nessun preventivo venga ritenuto non idoneo o per motivate ed imprevedibili esigenze.

Il Direttore
U.O.C. SERVIZI TECNICI E
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
- dott. Alessandro Turri -



