

**S.C. Servizi Tecnici e
Acquisizione Beni e Servizi**

Padova, 7 giugno 2017

**ID GARA 85426385 - PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL
PER LA FORNITURA DI UN TC SIMULATORE PER L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO.**

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI

| | QUESITO | RISPOSTA |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Si chiede di confermare che i lavori di preparazione dei locali e le opere propedeutiche all'installazione dell'apparecchiatura, saranno effettuati dalla S.A. come da progetto di installazione della ditta aggiudicataria e pertanto esclusi dal presente appalto. | I lavori di preparazione del locale (pavimentazione, controsoffittatura, rivestimento pareti, impianti di climatizzazione, elettrici, gas medicali e speciali) saranno eseguiti dall'Azienda ULSS n. 6 Euganea. La fornitura ed installazione del quadro elettrico di alimentazione e comando della SimulTac, nonché, l'esecuzione di tutti i collegamenti tra quadro elettrico e componenti dell'apparecchiatura radiologica, dovrà essere a carico dell'aggiudicatario della fornitura della Simultac. |
| 13 | In riferimento all'Allegato 6 - Capitolato Tecnico Tc simulatore, al punto 2.1.10 viene richiesto un Sistema di laser mobili autocalibranti, si richiede la possibilità di offrire un set di tre laser mobili con sistema di calibrazione alternativo all'autocalibrazione che assicuri comunque la massima accuratezza. | Si conferma la richiesta di laser mobili autocalibranti. |
| 14 | Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di precisare se nell'importo del Servizio biennale di manutenzione e assistenza full-risk post-garanzia siano compresi anche i laser mobili autocalibranti (rif. 2.1.10 capitolato | Si precisa che i laser mobili e i complementi/accessori sono inclusi nel servizio in oggetto. |

Pec: acquisti.iov@pecveneto.it - E-mail: ufficiotecnico@ioveneto.it - ufficioacquisti@ioveneto.it

I.O.V. I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova
C.F./P.I. 04074560287



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



| | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| | tecnico) e i complementi/accessori (rif. 2.2 capitolato tecnico). | |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|

Il Responsabile del Procedimento
dr. Alessandro Turri

I.O.V. I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova
C.F./P.I. 04074560287

