



Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm e ii. convertito in L.120/2020 per la fornitura di siti biopistici della mammella per la U.O.C. Radiologia Senologica, dell'Istituto per un periodo di 36 mesi.
CIG 95077760F7

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Oggi 14/02/2023 alle ore 14:00, presso la UOC della Radiologia Senologica si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 18/01/2023 e così composta:

- Presidente: Dott.ssa Francesca Caumo Direttore U.O.C. Radiologia Senologica;
- Commissario: Dott.ssa Enrica Baldan Dirigente U.O.C. Radiologia Senologica;
- Commissario: Dott.ssa Giulia Carletti I.F. U.O.C. Radiologia Senologica

Il Presidente, verificata la regolare composizione della commissione, dichiara aperta la seduta.

I componenti della commissione giudicatrice dichiarano di accettare l'incarico.

Le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità ed i curricula vita sono stati trasmessi all'U.O.C. Provveditorato economato gestione della logistica, dal Presidente e dai componenti, a mezzo e - mail, in data 23 Gennaio c.a.

La commissione giudicatrice dà atto di aver ricevuto da parte dell'assistente al RUP, Avvocato Giulia Cazzato, la documentazione tecnica relativa alle offerte, scaricate dalla piattaforma telematica Sintel in data 06/02/2023 e ammesse, dopo l'apertura delle buste amministrative, alle successive fasi della procedura di gara unitamente alla campionatura presentata dagli operatori economici.

In data 14/02/2023 sono state effettuate le prove della campionatura da parte dell'intera commissione così come di seguito sintetizzato: ore 9:00 ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A (Francesco Garbisi/Luigi Ferro) con posizionamento di reperi su paziente con lesione mammaria in pre trattamento medico; ore 11.20 ditta SUNMEDICAL S.R.L (Raffaele Pili) con posizionamento di reperi su paziente con lesione mammaria in pre trattamento medico

La commissione verificata la documentazione prodotta ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara, dà atto che le ditte hanno presentato completa e regolare documentazione.

La commissione giudicatrice, quindi, procede alla disamina delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti anche a seguito della prova sulla campionatura prodotta effettuata in data 14/02/2023 e formula, ai sensi dell'art. 6 del capitolato speciale, i giudizi di seguito riportati:

DITTA OFFERENTE E PRODOTTI OFFERTI
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A Senomark UltraCor™ e Senomark UltraCor™ MRI CND: A019012 RDM: 1427167 – 1427168- 1427169- 1427170- 161194 - 161198

1. Sistema di rilascio ergonomico, effettuabile con una sola mano	Punteggio totale	14
--	------------------	-----------

MOTIVAZIONE PUNTEGGIO Facile maneggiabilità del sistema. E' possibile effettuare la manovre con un'unica mano premendo uno stantuffo. REGIONE DEL VENETO

2. Ago con cannula centimetrata	Punteggio totale	5
---------------------------------	------------------	---

MOTIVAZIONE PUNTEGGIO presente

3. Eco-visibilità della Clip	Punteggio totale	14
------------------------------	------------------	----

MOTIVAZIONE PUNTEGGIO buona visibilità

4. Visibilità mammografica	Punteggio totale	9
----------------------------	------------------	---

MOTIVAZIONE PUNTEGGIO materiale idoneo

5. Punta affilata e atraumatica	Punteggio totale	14
---------------------------------	------------------	----

MOTIVAZIONE PUNTEGGIO facile ingresso nella cute senza ausilio di bisturi

6. Gamma forme differenti	Punteggio totale	7
---------------------------	------------------	---

MOTIVAZIONE PUNTEGGIO presenti multiple forme per poter differenziare le lesioni nella stessa mammella.

7. Tempo dichiarato di durata della localizzazione	Punteggio totale	2
--	------------------	---

MOTIVAZIONE PUNTEGGIO illimitata

8. Caratteristiche particolari	Punteggio totale	0
--------------------------------	------------------	---

MOTIVAZIONE PUNTEGGIO non presente nulla di particolare rispetto a quanto richiesto

Il riepilogo dei punteggi qualità assegnati dalla Commissione è PARI A: PUNTI 65

DITTA OFFERENTE E PRODOTTI OFFERTI

SUNMEDICAL S.R.L.
KliniMark Clip
CND: A019012
RDM: 1219195

1. Sistema di rilascio ergonomico, effettuabile con una sola mano	Punteggio totale	3
--	------------------	----------

MOTIVAZIONE PUNTEGGIO la manovra richiede aiuto da parte di un ulteriore operatore per togliere la sicura per introdurre la clip.

2. Ago con cannula centimetrata	Punteggio totale	5
--	------------------	----------

MOTIVAZIONE PUNTEGGIO presente

3. Eco-visibilità della Clip	Punteggio totale	14
-------------------------------------	------------------	-----------

MOTIVAZIONE PUNTEGGIO buona visibilità

4. Visibilità mammografica	Punteggio totale	9
-----------------------------------	------------------	----------

MOTIVAZIONE PUNTEGGIO materiale idoneo

5. Punta affilata e atraumatica	1. Punteggio totale	6
--	---------------------	----------

MOTIVAZIONE PUNTEGGIO difficile entrare attraverso la cute vista la esiguità e flessibilità del sistema

6. Gamma forme differenti	Punteggio totale	3
----------------------------------	------------------	----------

MOTIVAZIONE PUNTEGGIO solo due forme

7. Tempo dichiarato di durata della localizzazione	Punteggio totale	2
---	------------------	----------



MOTIVAZIONE PUNTEGGIO illimitato

8. Caratteristiche particolari	Punteggio totale	0
--------------------------------	------------------	---

MOTIVAZIONE PUNTEGGIO non è presente nulla di particolare rispetto a quanto richiesto

Il riepilogo dei punteggi qualità assegnati dalla Commissione è PARI A: PUNTI 42

Alle ore 15:00 il Presidente chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Francesca Caumo

Francesca Caumo

IL COMMISSARIO: Dott.ssa Enrica Baldan

Enrica Baldan

IL COMMISSARIO: Dott.ssa Giulia Carletti

Giulia Carletti