



## **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)**

**PRELIMINARE**

**DEFINITIVO**

Fornitura “chiavi in mano” di un acceleratore lineare integrato con risonanza magnetica ad alto campo (1.5T) per la Radioterapia IOV – sede di Castelfranco Veneto

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI  
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO**  
(art. 26, comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

**MISURE ADOTTATE PER  
ELIMINARE LE INTERFERENZE**  
(art. 26, comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

**COMMITTENTE:** Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS

**INDIRIZZO:** Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova

**IMPRESA  
APPALTATRICE:**

**INDIRIZZO E  
RECAPITI:**



## Premessa

Il presente documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è stato redatto ai sensi dell'art.26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché dell'art. 23 comma 15 del D.lgs. 50/2006 allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.3/2008 ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."

La stessa Determinazione ha meglio precisato che si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il DUVRI, così come ribadito nella determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è da considerarsi un documento "dinamico" pertanto, la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'attività, dovrà essere aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che potranno emergere nel corso dell'esecuzione dell'appalto o, comunque, qualora si ravvisasse la necessità di un aggiornamento del medesimo documento dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Dopo l'affidamento negoziato verranno esaminati con l'aggiudicataria gli aspetti inerenti la sicurezza e verranno, se necessario, ulteriormente integrate le possibili interferenze che potrebbero generarsi dalle attività lavorative svolte in azienda dalle maestranze alle dipendenze della parte committente ed appaltatrice che non sono state sufficientemente esaminate in fase preliminare.

Copia del presente DUVRI verrà allegata al contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria.



## Dati del Committente

<b>COMMITTENTE</b>	Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS
CODICE FISCALE E PARTITA IVA	
SEDE LEGALE	Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Dott.ssa Maria Zanandrea
RESPONSABILE S.P.P.	Dott.ssa Nadia Giordano
ADDETTO S.P.P.	Dott.ssa Valentina Busolin
MEDICO COMPETENTE	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	

(\*) Aggiornare dopo l'affidamento dell'appalto.

## Dati della ditta esecutrice

Appresso i dati dell'esecutore delle attività:

La ditta esecutrice delle attività su dette è di seguito definita anche solo "Impresa Appaltatrice" o "Appaltatore".

<b>DITTA ESECUTRICE</b>	
CODICE FISCALE E PARTITA IVA	
NUMERO DI ISCRIZIONE C.C.I.A.A.	
SEDE LEGALE	
TELEFONO E FAX	
PEC	
EMAIL	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE S.P.P.	
MEDICO COMPETENTE	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	

LAVORATORI PRESENTI DURANTE I LAVORI	RUOLO/FUNZIONE

(\*) Aggiornare dopo l'affidamento dell'appalto.



## Descrizione delle attività oggetto dell'appalto

Descrizione delle attività che saranno eseguite dalla ditta esecutrice

Fornitura "chiavi in mano" di un acceleratore lineare integrato con risonanza magnetica ad alto campo (1.5T) per la Radioterapia IOV – sede di Castelfranco Veneto, comprensiva del servizio di manutenzione full-risk post garanzia per il periodo di 5 anni, rinnovabili di ulteriori 2 anni.

Le attività oggetto del presente documento sono indicate nella documentazione della procedura di affidamento.

## Luogo di svolgimento delle attività

Luogo/hi di svolgimento delle attività:

- Ospedale F. **Busonera** Via Gattamelata 64, CAP 35128 Padova
- Palazzina Radioterapia** Via Giustiniani 2, CAP 35128 Padova
- Ospedali Riuniti Padova Sud – Via Albere 30, CAP 35043 **Schiavonia** (PD)
- Sede IOV **Castelfranco Veneto** - Via dei Carpani 16/Z, CAP 31033 Treviso (TV)

## Analisi dei rischi introdotti dall'interferenza tra le attività dello IOV e quelle specifiche dell'appalto

Le possibili situazioni di interferenza connesse allo specifico appalto possono essere generate da:

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>luoghi di lavoro</b> al cui interno saranno eseguite le attività , caratterizzate da rischi specifici:
<input type="checkbox"/>	degenze ordinarie
<input type="checkbox"/>	degenze in isolamento
<input type="checkbox"/>	degenze post trattamento con radioisotopi
<input type="checkbox"/>	Laboratori
<input type="checkbox"/>	Ambulatori.
<input type="checkbox"/>	blocchi operatori
<input checked="" type="checkbox"/>	locali di diagnostica
<input checked="" type="checkbox"/>	locali di manipolazione di sostanze radioattive
<input type="checkbox"/>	sale lavaggio/disinfezione/sterilizzazione
<input type="checkbox"/>	studi medici senza attività sanitaria, uffici, biblioteche
<input type="checkbox"/>	aule
<input checked="" type="checkbox"/>	aree comuni e di collegamento
<input checked="" type="checkbox"/>	locali tecnici
<input type="checkbox"/>	depositi
<input type="checkbox"/>	spazi confinati
<input checked="" type="checkbox"/>	aree esterne, parcheggi
<input checked="" type="checkbox"/>	esecuzione durante l'orario di lavoro del personale dello IOV
<input checked="" type="checkbox"/>	utilizzo di impianti e/o apparecchiature dello IOV (ascensori per raggiungere il piano)
<input checked="" type="checkbox"/>	utilizzo di attrezzature o macchinari propri della ditta appaltatrice
<input checked="" type="checkbox"/>	presenza di traffico veicolare all'interno delle aree di pertinenza dello IOV
<input checked="" type="checkbox"/>	movimentazione di materiale con ausilio di mezzi propri della ditta appaltatrice
<input type="checkbox"/>	Ulteriori interferenze:
<input type="checkbox"/>	Indicare eventuali interferenze a seguito di comunicazioni specifiche della ditta / sopralluoghi / presenza di altri cantieri limitrofi / ecc.:

Il **personale** dell'appaltatore o del committente, a seguito delle interferenze individuate, può essere **esposto ai seguenti rischi**:

Natura del rischio		Per l'appaltatore	Per il committente
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rischio Elettrico</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Impianti alimentati a bassa tensione in caso di manutenzione su apparecchiature tenute collegate alla rete elettrica	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Impianti alimentati a media tensione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Possibilità di contatto con parti in tensione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Presenza di quadri elettrici	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Altro collegamento alla rete	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<b>Rischio Incendio o Esplosione</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Presenza di atmosfere esplosive	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Presenza di sostanze combustibili	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Presenza di sostanze comburenti	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<b>Rischio Chimico</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sostanze tossiche, nocive o irritanti	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Sostanze cancerogene, mutagene, teratogene	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Farmaci citotossici	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Gas anestetici	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<b>Rischio Biologico</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Contatto con rifiuti o reflui potenzialmente infetti	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Contatto con pazienti potenzialmente infettivi	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Ambienti o apparecchiature potenzialmente contaminati	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Ambienti a biocontenimento (BSL3)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rischio Fisico</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Rumore	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Vibrazioni	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	ROA	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Radiazioni Ionizzanti:	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Campi magnetici statici	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Campi elettromagnetici	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Microclima	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<b>Gas Criogenici, tossici o asfissianti</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Natura del rischio		Per l'appaltatore	Per il committente
<input type="checkbox"/>	Aree con sistemi di spegnimento automatico	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Utilizzo di azoto liquido	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Distribuzione di gas tecnici	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Risonanza Magnetica (elio liquido)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<b>Rischio di movimentazione manuale dei carichi (o pazienti)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sollevamento e trasporto	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Traino o spinta	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="checkbox"/>	
X	<b>Rischio attrezzature</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Apparecchiature	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Attrezzature	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Automezzi	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rischi Trasversali</b>	X	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Inciampo, caduta, scivolamento	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Lavori in altezza	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Traffico veicolare o pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>	x
<input type="checkbox"/>	Altro: urto o schiacciamento per contatto con carico in movimentazione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<b>Cantieri temporanei o mobili</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nei casi previsti dal Titolo IV D.lgs. 81/08 devono essere predisposti i Piani Operativi per la Sicurezza e il Piano di Sicurezza e Coordinamento	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<b>Ulteriori rischi:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Indicare eventuali ulteriori rischi derivanti dalla specificità delle attività svolte:	<input type="checkbox"/>	

## Misure di eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza di applicazione generale

Nell'accedere allo IOV è necessario seguire le seguenti disposizioni:

### Identificazione

- Il personale dell'impresa appaltatrice deve tenere in vista per tutta la permanenza allo IOV il proprio cartellino identificativo, in mancanza del quale non potrà accedere.

### Viabilità

- All'interno delle pertinenze dello IOV e su tutta la viabilità di accesso alle stesse, è obbligatorio rispettare i limiti di velocità indicati ed osservare il codice stradale.
- È permesso parcheggiare solo ed esclusivamente nelle aree indicate o preventivamente concordate. **È sempre vietato** il parcheggio di fronte a presidi antincendio, uscite di sicurezza, accesso a locali tecnici.
- Prestare attenzione al transito di mezzi all'interno del perimetro dello IOV.
- E' vietato accedere ad eventuali aree esterne delimitate (es. cantieri).

### Emergenza

- Il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) è a disposizione dei fornitori ed agli operatori delle imprese esecutrici. Le imprese esecutrici. Informeranno i propri addetti in merito al PEE del Committente come anche da indicazioni di quest'ultimo in modo da conoscere con esattezza l'area di lavoro e di sapere di quale siano gli apprestamenti, il segnale di emergenza previsto (sonoro, ottico) e dove si trovi il punto di raccolta.
- Nel caso in cui si rilevi una situazione di emergenza avvertire immediatamente qualsiasi referente dell'area sia presente
- All'eventuale segnale di allarme:
  - o Mantenere la calma
  - o Non utilizzare gli ascensori
  - o Seguire le indicazioni impartite dal Responsabile dell'Emergenza e raggiungere il punto di Raccolta
  - o Non rientrare nell'edificio fino a quando non vengano ripristinate le condizioni di sicurezza.

### Accesso alle aree e ai locali: comportamento da osservare

- L'accesso è permesso solo se accompagnati o preventivamente autorizzati ed istruiti dal referente dell'area
- Individuare, con l'aiuto del referente dell'area, le vie di esodo e le uscite di sicurezza più prossime al luogo dove si svolgeranno le attività, ponendo attenzione alla segnaletica di sicurezza: è obbligatorio attenersi a quanto indicato dalla segnaletica di sicurezza in relazione agli obblighi previsti e ai rischi presenti
- Le uscite d'emergenza non vanno **mai ingombrate** con materiali ed oggetti
- Non bere, mangiare o fumare nelle aree oggetto delle attività del committente o dell'impresa appaltatrice





- indossare gli eventuali indumenti e Dispositivi di Protezione indicati dal referente IOV di area e attenersi scrupolosamente alle indicazioni comportamentali impartite dallo stesso.

## **Misure di eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza specifiche per l'appalto**

Allo scopo di evitare rischi per gli operatori dell'impresa e di quelli normalmente occupati nelle aree d'intervento oggetto di appalto viene convenuta l'eliminazione delle interferenze individuate mediante l'adozione delle seguenti misure preventive ed organizzative, da sommare a quelle generali prima esposte.

Preventivamente all'assegnazione degli spazi il referente dello IOV provvederà a tutti gli adempimenti necessari affinché gli spazi stessi e le apparecchiature assegnate consentano l'attività commissionata nel pieno rispetto delle condizioni igieniche e di sicurezza, salvo quelle specifiche eventualmente oggetto dell'appalto.

Per tutto il tempo necessario il personale dello IOV verrà allontanato dalle d'intervento, in particolare nel caso di manutenzione su apparecchiature con parte elettriche esposte e/o in condizioni di emissione di radiazioni.

Inoltre:

- L'accesso alle zone d'intervento è vietato al personale non autorizzato;
- Gli eventuali distacchi dell'impianto elettrico, delle reti di adduzione gas o idriche devono essere preventivamente concordate con il referente dello IOV e con il Servizio Tecnico;
- Le macchine ed apparecchiature eventualmente utilizzate dall'impresa appaltatrice dovranno essere marcate CE e rispettare la normativa vigente.
- È fatto divieto di utilizzare qualsiasi attrezzatura dello IOV se non con autorizzazione del referente IOV.

*Indicare le eventuali ulteriori misure di sicurezza da adottare a seguito di comunicazioni specifiche della ditta / sopralluoghi / presenza di altri cantieri limitrofi / ecc.*

.....  
.....  
.....

L'impresa appaltatrice si impegna a riconsegnare gli spazi e le attrezzature in condizioni di efficienza e di sicurezza.

## **Adempimenti di radioprotezione.**

In ottemperanza all'art. 112 del D.Lgs. 101/20 le parti concordano che l'Appaltatore, in qualità di datore di lavoro di lavoratori esterni provveda affinché, per i lavoratori esposti, essi classificati ai sensi del Dgls101/20 che svolgono attività in zone classificate ubicate presso la Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto sede di Castelfranco Veneto sia:



- Comunicata la classificazione all'Istituto Oncologico Veneto, prima dell'inizio dell'attività;
  - Assicurata la validità del giudizio di idoneità al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa, rilasciata da un medico autorizzato, per tutto il periodo di presenza presso l'Istituto Oncologico Veneto;
  - Assicurato per ogni lavoratore il rispetto dei limiti di dose di cui all'art. 146 del D.Lgs.101/20;
  - Assicurata l'informazione e la formazione finalizzate alla radioprotezione;
  - Istituito per ogni lavoratore esterno di categoria A il libretto personale di radioprotezione;
  - Effettuata, per il lavoratore di categoria A, la registrazione sul libretto personale delle esposizioni relative alle prestazioni svolte presso l'Istituto Oncologico Veneto, esposizioni trasmesse a cura dell'Esperto di Radioprotezione dello IOV;
- In ottemperanza all'art. 113 del D.Lgs.101/20, l'Istituto Oncologico Veneto nell'ambito dell'accordo:

- Provvede affinché il lavoratore esterno riceva una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione è effettuata;
- Fornisce tutte le informazioni in merito alle misure di prevenzione/protezione e di emergenza adottate in relazione alle attività e al rischio radiologico;
- Fornisce appropriati dispositivi di protezione individuale, ove necessari, e i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale qualora questi non fossero forniti dal datore di lavoro del lavoratore stesso;
- Trasmettere le valutazioni di esposizione del lavoratore esterno.

Ai sensi del D.Lgs. 101/2020, il lavoratore esterno avrà l'obbligo di rispettare le norme di radioprotezione che saranno consultabili presso i locali dove svolge il servizio.

L'Istituto Oncologico Veneto e l'impresa appaltatrice concordano i seguenti vincoli di dose definiti su base annua:

	Lavoratore Categoria A	Lavoratore Categoria B
Pratica/Attività	Defficace	Defficace
	(mSv/y)	(mSv/y)
Radioterapia	6.0	1.0

## Costi per la sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice per l'applicazione delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza

In considerazione della tipologia di misure sopra descritte, organizzative e a carico dello IOV, si ritiene che vi siano oneri quantificati in **euro 25,82** per riunione di coordinamento **inizio attività** e in **euro 25,82** per riunione di coordinamento **per eventuale rinnovo del contratto**, per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza a carico dell'impresa. Alle presenti riunioni si invita la partecipazione dell'esperto in radioprotezione IOV ed esperto qualificato Iov.



## Dichiarazione di presa visione

Il responsabile dell'Impresa Appaltatrice dichiara di condividere il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonchè di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza dallo stesso previste.

L'Impresa Appaltatrice dichiara di prendere visione, preventivamente all'intervento, di tutti i locali ai quali potrà accedere il proprio personale in relazione alle prestazioni previste dal contratto in essere e di avere avuto conoscenza dei rischi interferenziali specifici correlati.

L'Impresa Appaltatrice dichiara di aver fornito ai propri dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale e mezzi/attrezzature antinfortunistiche necessari alla tipologia dei lavori da eseguire.

L'Impresa Appaltatrice dichiara di aver informato i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori/servizi/manutenzioni sui rischi derivanti dall'interferenza delle attività, e sulle relative misure preventive e protettive previste dal presente documento.

Fanno parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- Planimetria dei luoghi
- Verbale di coordinamento Allegato n°1

L'Impresa Appaltatrice (Timbro e firma) \_\_\_\_\_

IOV - Responsabile Unico del Procedimento \_\_\_\_\_

IOV – Servizio di Prevenzione e Protezione

02/05/22